

RO

Set de calibrare TPLA

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Pentru calibrarea testului TPLA. Setul de calibrare TPLA poate fi utilizat exclusiv cu reactivul TPLA Sekisui Diagnostics.

REZUMAT ȘI PRINCIPIU

Consultați instrucțiunile de utilizare ale Reactivului TPLA incluse în pachet.

REACTIVI / COMPOZIȚIE

Setul de calibrare TPLA conține 5 calibratori pe bază de ser uman și albumină serică bovină (BSA) cu concentrații prestabilite de anticorpi anti-*Treponema pallidum*.

Măsurile de precauție și avertismente

1. Pentru utilizare în vederea diagnosticării in vitro.
2. Nu folosiți calibratorii după data de expirare marcată pe etichete.
3. **Avertisment:** Material de proveniență umană. Se va considera ca potențial infecțios. Fiecare unitate donată de plasmă utilizată la prepararea acestui produs a fost testată printr-o metodă aprobată de FDA și stabilită ca nereactivă pentru antigenele HBsAg și anticorpii la VHC și HIV-1. Deoarece nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi garanții complete în privința faptului că virusul Hepatitei B, virusul imunodeficienței umane (HIV) sau alți agenți infecțioși sunt absenți, toate produsele de proveniență umană vor fi manipulate în conformitate cu bunele practici de laborator, utilizând măsurile de precauție adecvate.¹
4. **Atenție:** Calibratorii TPLA conțin 0,1% azidă de sodiu drept conservant. Azida de sodiu poate reacționa cu plumbul și instalațiile din cupru, ducând la acumularea de azide metalice cu potențial exploziv. La eliminarea materialului, spălați cu apă din abundență.
5. Eliminarea tuturor deșeurilor ar trebui să se facă în conformitate cu normele aplicabile la nivel local.
6. **Avertisment:** Acest produs conține plasmă pozitivă de sifilis și va fi manipulat ca un material biologic potențial periculos, în conformitate cu măsurile de precauție universale/standard.

Manipulare

Flacoanele de calibrare 1-5 sunt pregătite pentru utilizare. Amestecați cu grijă înainte de utilizare. Evitați formarea spumei.

Depozitare

A se păstra la 2 - 8°C. Nu congelați.

Stabilitate

Sigilat: Până la data de expirare indicată la 2 - 8°C. După deschidere: 8 săptămâni la 2 - 8°C. Păstrați dispozitivul de calibrare închis etanș atunci când acesta nu este utilizat.

Indicii privind deteriorarea

Prezența turbidității sau dezvoltarea microbiană pot indica deteriorarea.

PROCEDURĂ

Materiale furnizate

Descriere	Configurație	Număr de catalog
Set de calibrare TPLA	5 niveluri x fiole de 2 ml	515132

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate

Descriere	Configurație	Număr de catalog
Reactiv TPLA 1	1 x 60ml	486647
Reactiv TPLA 2	1 x 10 ml	
Set de control TPLA	Nivel A 1 x 3 ml Nivel B 1 x 3 ml	515149

- Pipetă volumetrică sau pipetă calibrată cu un singur canal.
- Apă distilată/deionizată/tip II sau echivalent.²
- Analizator capabil să ruleze proceduri cu doi reactivi.

Calibrare

Când utilizați acest set de calibrare, tratați-l exact în aceeași manieră ca pe o probă de pacient.

Testul TPLA necesită o curbă de calibrare multipunct. Valorile calibratorilor TPLA, care pot fi găsite pe etichetele flacoanelor cu calibratori, sunt identificabile într-un standard intern.











Consultați manualul de utilizare al instrumentului pentru procedurile de calibrare specifice analizorului și pentru recomandări privind stabilirea frecvenței de calibrare.

Valorile de control al calității trebuie să se încadreze în intervalele prevăzute.

Referințe

1. Richardson JH and Barkley WE, eds. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, HHS Publication No. (CDC) 84-8395, Washington, DC: 1984.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory, 3rd Edition. Approved Guideline (Genehmigte Richtlinien). CLSI Document C03-A3. Wayne, PA: 1997.
3. Date disponibile la dosar la SEKISUI.

Definiții pentru simboluri

 REF	Număr de catalog	 IVD	Pentru utilizare în vederea diagnosticării in vitro
 2°C - 8°C	Limite de temperatură	 Produs de	
 Utilizat de		 Consultați instrucțiunile de utilizare	
 LOT	Cod lot	 Atenție, consultați documentele însoțitoare	
 EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană		
 Riscuri biologice			



SEKISUI MEDICAL CO., LTD.
1-3, Nihonbashi 2 -chome, Chuo-ku
Tokyo, 103-0027, Japonia



Medical Device Safety Service GmbH (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germania



ianuarie 2024 KI515132. 03

Cuvântul SEKURE și sigla Sekure sunt mărci comerciale înregistrate aparținând Sekisui Diagnostics, LLC.